


「应用说明」

血浆儿茶酚胺分析

- HPLC 应用



YOUNG IN
Chromass



分析条件

YCM HPLC

流动相和柱：使用Chromsystem试剂盒

流动相流速：1.3ml/min

柱温：35°C

检测器：ECD (+500mV, 2nA, WE: 玻璃碳)

进样量：20ul样品环

色谱图

